



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«Всероссийский научно-исследовательский институт
метрологической службы»

Аттестат аккредитации № RA.RU 311493

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОВЕРКЕ**

№ 207/18 – 03447п

Действительно до
31.05.2020

Средство измерений **Измеритель-регистратор температуры LogTag модели
ТРИКС-8 (TRIX-8), 68789-17**

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном
фонде по обеспечению единства измерений

отсутствуют

(если в составе средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков, то приводятся их
перечень и заводские номера)

отсутствуют

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

Заводской номер (номера) **1700313606÷1700314605, 1700314606÷1700315005 (1400 шт. в партии)**

поверено **в соответствии с описанием типа**

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если преду-
смотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с **МП 207.1-015-2017 (выборочная поверка)**

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: **3.1.ZZM.0021.2012**

наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер (при наличии)), разряд, класс или погреш-
ность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: **температура окружающей среды (20,0±0,5) °C**
относительная влажность (45,0±3,0) %, атмосферное давление (988,0±0,5) гПа
приводят перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов **первичной** поверки признано соответствующим установлен-
ным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

Начальник отдела 207

должность руководителя подразделения

подпись

А.А. Игнатов

инициалы, фамилия

Поверитель

Дата поверки
01.06.2018

подпись

М.В. Константинов

инициалы, фамилия

078603