



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факсе (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.09.11.004651.12.17

Дата 26. 12. 2017 г.

На основании заявления № 04856

от 19.12.2017

Организация-изготовитель: LogTag Recorders Limited

Адрес: PO Box 362-95, Northcote, Auckland 0748, New Zealand (Новая Зеландия)

Филиалы по приложению.

Импортер (поставщик), получатель: ООО "БИАС"

Адрес: 107023, город Москва, площадь Журавлева, дом 10, строение 1, офис 117 (Россия)

Наименование продукции: Измеритель-регистратор температуры (термоиндикатор регистрирующий) LogTag модели: со светодиодной индикацией: ТРИКС-8 (TRIX-8), ТРИКС-16 (TRIX-16), ЮТРИКС-16 (UTRIX-16), ЮТРИКС-16М (UTRIX-16М), ТРЕКС-8 (TREX-8), ХАКСО-8 (НАХО-8), ЮХАКСО-16 (УНАХО-16), ШРИК-4 (SRIC-4), ШРИК-4Е (SRIC-4Е), ЮШРИК-4 (USRIC-4), ЮШРИК-8 (USRIC-8), ЮШРИК-8М (USRIC-8М), ТРИЛ-8 (TRIL-8), ШРИЛ-8 (SRIL-8), ТРЕЛ-8 (TREL-8); с ЖК-дисплеем: ТРИД30-7Р (TRID30-7R), ТРИД30-7Ф (TRID30-7F), ТРИД30-7ФВ (TRID30-7FW), ТРЕД30-7Р (TRED30-7R), ТРЕД30-7Ф (TRED30-7F), ЮТРИД-16 (UTRID-16), ТИК20 (TIC20), ТИК45 (TIC45), ТИКТ (TICT), ТИКС (TICS), ТИКФ (TICF), с принадлежностями: интерфейс Interface Cradles LTI/USB, выносные датчики температуры Remote temperature probe: ST100T-15, ST100T-30, ST100S-15, ST100S-30, ST10S-15, ST10S-30, ST100H-15, ST100H-30

Продукция изготовлена в соответствии: декларацией качества

Перечень документов, представленных на экспертизу: протокол испытаний, декларация качества, письмо информационное, описание, доверенность, учредительные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Физические факторы: ЭМП, ЭСП; корпус- пластик: Поликарбонат

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №22533 9 от 21.12.2017 г.

№ 073223

Гигиеническая характеристика продукции:

Напряженность электрических полей:

-диапазон 5 Гц-2кГц, В/м

-диапазон 2 -400кГц, В/м

Плотность магнитного потока:

-диапазон 5 Гц-2кГц, нТл

-диапазон 2 -400кГц, нТл

Напряженность ЭСП, кВ/м

Плотность потока энергии
СВЧ-диапазона, мкВт/кв.см

меньше 5,0

меньше 0,5

80,0

меньше 3,0

1,0

0,40

25,0

2,5

250,0

25,0

15,0

10,0

Область применения: Измерители-регистраторы температуры (термоиндикаторы регистрирующие) LogTag (LogTэг) представляют собой электронные устройства для контроля температурно-временного режима при хранении и транспортировке термозависимой продукции. Измерители-регистраторы температуры LogTag (LogTэг) предназначены для мониторинга (контроля) температурно-временного режима хранения и транспортировки, в том числе, в системе "холодовой цепи" термозависимой продукции (лекарственных средств, продуктов питания, электроники и ее компонентов, продуктов химической промышленности и т.д.)

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: согласно инструкции производителя на русском языке

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Измеритель-регистратор температуры (термоиндикатор регистрирующий) LogTag модели: со светодиодной индикацией: ТРИКС-8 (TRIX-8), ТРИКС-16 (TRIX-16), ЮТРИКС-16 (UTRIX-16), ЮТРИКС-16М (UTRIX-16М), ТРЕКС-8 (TREX-8), ХАКСО-8 (НАХО-8), ЮХАКСО-16 (УНАХО-16), ШРИК-4 (SRIC-4), ШРИК-4Е (SRIC-4Е), ЮШРИК-4 (USRIC-4), ЮШРИК-8 (USRIC-8), ЮШРИК-8М (USRIC-8М), ТРИЛ-8 (TRIL-8), ШРИЛ-8 (SRIL-8), ТРЕЛ-8 (TREL-8); с ЖК-дисплеем: ТРИД30-7Р (TRID30-7R), ТРИД30-7Ф (TRID30-7F), ТРИД30-7ФВ (TRID30-7FW), ТРЕД30-7Р (TRED30-7R), ТРЕД30-7Ф (TRED30-7F), ЮТРИД-16 (UTRID-16), ТИК20 (TIC20), ТИК45 (TIC45), ТИКТ (TICT), ТИКС (TICS), ТИКФ (TICF), с принадлежностями: интерфейс Interface Cradles LTI/USB, выносные датчики температуры Remote temperature probe: ST100T-15, ST100T-30, ST100S-15, ST100S-30, ST10S-15, ST10S-30, ST100H-15, ST100H-30

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
гигиены труда и ИНИ

Врач (врачи)



подпись

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Мизгайлов А.В.

Руднева Е. А.

Серик Н. В.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.09.11.004651.12.17

Дата 26.12.2017 г.

Изготовитель: LogTag Recorders Limited

Адрес: PO Box 362-95, Northcote, Auckland 0748, New Zealand (Новая Зеландия)

Филиалы: 1. Moonpo Development Limited адрес: Flat 4-7, 1/F, Wah Yiu Industrial Centre, 30-32 Au Pui Wan Street, Fotan, N.T., Hong Kong (Гонконг); 2. Techsen Electronics (Shenzhen) Co., Ltd адрес: Tong Fu Yu Industrial Zone, Block No. 8, Jinghong Road, Shajing Town, Baoan, Shezhen, Guangdong, China (Китай); 3. ООО "ЛОГТЭГ РУС" адрес: 249033, Калужская область, г. Обнинск, улица Горького, д. 4, помещение 225 (Россия)



**Главный врач
(заместитель главного врача)**

Заведующий отделом
гигиены труда и ИНИ

Врач (врачи)



подпись

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.
Ф.И.О.

Руднева Е. А.

Серик Н. В.